



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.99.02.000.М.000602.04.24 ОТ 23.04.2024 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения, ООО "ГАЛАКТИКА", Московская область, г. Люберцы, п. ВУГИ, д.25, помещение I.

Работы с устройствами, генерирующими ионизирующее излучение, по проведению рентгенологических исследований.  
Место проведения работ, состав помещений, вид и характеристика ИИИ, вид и характер работ, номинальный электрический режим:  
Рентгеновский кабинет №б/н размещается на 1-м этаже многоэтажного жилого здания, процедурная - 10,4 кв.м.  
- аппарат рентгенодиагностический дентальный "Planmeca ProOne", зав.№PRO0755472, год выпуска - 2012, год монтажа - 2012, производства Planmeca Oy (Финляндия); рентгенологические диагностические исследования; максимальное анодное напряжение 70 кВ., 40 мА\*мин/нед;  
- аппарат рентгеновский интраоральный "Planmeca Intra", зав.№IXRF93763, год выпуска - 2012, год монтажа - 2012, производства Planmeca Oy (Финляндия); рентгенологические диагностические исследования; максимальное анодное напряжение 70 кВ., 40 мА\*мин/нед.  
Ограничительные условия: ограничить количество снимков при основных режимах эксплуатации аппарата "Planmeca ProOne", зав.№PRO0755472 до 33 снимков в неделю.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№0392142