



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.99.02.000.М.001071.03.26 ОТ 20.03.2026 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения, ООО "ГАЛАКТИКА"; Московская область, г.о. Люберцы, г. Люберцы, пос. Вуги, дом 25, помещ. I.

Работы с устройствами, генерирующими ионизирующее излучение, по проведению рентгенологических исследований.  
Место проведения работ, состав помещений, вид и характеристика ИИИ, вид и характер работ, номинальный электрический режим:  
Рентгеновский кабинет №б/н расположен в нежилом помещении на 1-м этаже многоэтажного жилого отдельно стоящего здания, процедурная - 10,5 кв.м.:  
- аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа PAPAУА с принадлежностями, вариант исполнения PAPAУА 3D, зав.№GCT-820001-70425, год выпуска - 2025, год монтажа - 2026, производства Genoray Co., Ltd. (Корея); рентгенологические диагностические исследования; максимальное анодное напряжение 69 кВ, рабочая нагрузка 40 мА\*мин/нед;  
- аппарат рентгеновский интраоральный Planmeca Intra, зав.№IXRF93763, год выпуска - 2012, год монтажа - 2012, производства Planmeca OY (Финляндия); рентгенологические диагностические исследования; максимальное анодное напряжение 70 кВ, рабочая нагрузка 40 мА\*мин/нед.  
Обязательные условия: ограничить количество снимков при основных режимах эксплуатации аппарата PAPAУА 3D, зав.№GCT-820001-70425 до 14 снимков в неделю.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№0790536